


校正証明書



オリックス・レンテック株式会社



貴社名 株式会社ライトハウス

様

管理区分 : 受託校正

証明書番号 : KJ-P0283932-20210317-00-N-0

品 名 : 積分形普通騒音計

型 番 : NL06

メーカ名 : リオン

管理番号 : LHQ-01

製造番号 : 01193094

校正日 : 2021年03月17日

校正場所 : 東京技術センター

東京都町田市金森3-25-3 〒194-8585

校正環境 : 温度 24 °C

湿度 58 %R.H.

校正者コード : 314092

校正の状態 : 無調整

判定 : 合格

発行（問合せ） : 東京技術センター
東京都町田市金森3-25-3 〒194-8585
TEL : 042-788-7227 FAX : 042-799-0367
<http://www.orixrentec.jp>

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
使用標準器は、標準器等管理規定に基づき管理され、直接もしくはメーカーを経由して、産業技術総合研究所などの日本国内の公的校正機関、NIST (National Institute of Standards and Technology) などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関に定期的にトレーサビリティがとれています。

発行日 : 2021年03月19日

発行責任者

オリックス・レンテック株式会社

技術本部 品質保証部長 中川 良悦

中川 良悦


弊社の事前の許可なしに、この証明書の一部のみを複製して用いることを禁じます。

校正結果



ORIX

オリックス・レンテック株式会社



校正日：2021年03月17日
型番：NL06
管理番号：LHQ-01
製造番号：01193094
証明書番号：KJ-P0283932-20210317-00-N-0

【使用標準器】

使用標準品】

品名			メーカー名		
型番	製造番号	資産番号	校正機関	校正日	有効期限
デジタルマルチメータ			Keysight Technologies		
1	34401A	US36030941	18045476 社内	2020年11月05日	2021年10月31日
証明書番号（発行番号）：SK-18045476-20201105-00-N-0					
音響校正器			B & K		
2	4226	1899908	16820508 JQA	2020年11月17日	2021年10月31日
証明書番号（発行番号）：1350-02643					
ピストンホン			B & K		
3	4228	2570987	39713862 社内	2020年12月10日	2021年11月30日
証明書番号（発行番号）：SK-39713862-20201210-00-N-0					
テスト・シグナル・ジェネレータ			リオン		
4	RSN101	10370025	39774443 社内	2021年02月19日	2022年01月31日
証明書番号（発行番号）：SK-39774443-20210219-00-N-0					

この製品は、下記の製品と組み合わせて校正を実施しました。

品名	型番	製造番号	管理番号
マイクروفオン	UC52	147407	—
プリアンプ	NH19	90623	—

【校正項目】

1. 音響特性試験（正弦波入力）

周波数	入力値	確度	基準範囲		表示値	判定
			下限	上限		
250 Hz	F 124 dB	±1.5 dB	122.5 dB	125.5 dB	124.1 dB	合格
250 Hz	C 124 dB	±1.5 dB	122.5 dB	125.5 dB	124.1 dB	合格
250 Hz	A 124 dB	-8.6 dB±1.5 dB	113.9 dB	116.9 dB	115.3 dB	合格
1000 Hz	F 94 dB	±1.5 dB	92.5 dB	95.5 dB	94.3 dB	合格
1000 Hz	C 94 dB	±1.5 dB	92.5 dB	95.5 dB	94.2 dB	合格
1000 Hz	A 94 dB	±1.5 dB	92.5 dB	95.5 dB	94.2 dB	合格

2. 動特性試験（正弦波入力）

校正条件 Frequency:1000Hz						
モード	入力値	確度	基準範囲		表示値	判定
			下限	上限		
FAST	94 dB	-1.0 dB,-2.0 dB+1.0 dB	91.0 dB	94.0 dB	93.1 dB	合格
SLOW	94 dB	-4.0 dB±2.0 dB	88.0 dB	92.0 dB	90.1 dB	合格


弊社の事前の許可なしに、この証明書の一部のみを複製して用いることを禁じます。

校正結果



ORIX

オリックス・レンディング株式会社



校正日：2021年03月17日
型番：NL06
管理番号：LHQ-01
製造番号：01193094
証明書番号：KJ-P0283932-20210317-00-N-0

3. 校正出力

校正条件 この項目は仕様に確度が無いため、合否の判定を行っておりません。		
標準値	測定値	判定
1000 Hz	1011 Hz	-

4. アナログ出力 (DCV)

確度は± (mV)

校正条件 Meter F.S.					
		基準範囲			
標準値	確度	下限	上限	測定値	判定
2.500 V	±25	2.475 V	2.525 V	2.497 V	合格

5. アナログ出力 (ACV)

確度は± (mV)

校正条件 Meter F.S.					
		基準範囲			
標準値	確度	下限	上限	測定値	判定
1.000 Vrms	±50	0.950 Vrms	1.050 Vrms	1.002 Vrms	合格

弊社の事前の許可なしに、この証明書の一部のみを複製して用いることを禁じます。

トレーサビリティ証明書



ORIX

オリックス・レンテック株式会社



貴社名 株式会社ライトハウス

様

管理区分 : 受託校正

証明書番号 : KJ-P0283932-20210317-00-N-0

品 名 : 積分形普通騒音計

型 番 : NL06

メーカ名 : リオン

管理番号 : LHQ-01

製造番号 : 01193094

校正日 : 2021年03月17日

校正場所 : 東京技術センター

東京都町田市金森3-25-3 〒194-8585

校正環境 : 温度 24 °C

湿度 58 %R.H.

校正者コード : 314092

発行(問合せ) : 東京技術センター

東京都町田市金森3-25-3 〒194-8585

TEL : 042-788-7227 FAX : 042-799-0367

<http://www.orixrentec.jp>

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用する標準器は、記載の照合用標準器を経由して、産業技術総合研究所などの日本国内の
公的校正機関、NIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している
諸外国の公的校正機関に直接、またはメーカを仲介として、定期的にトレーサビリティがとれています。

発行日 : 2021年03月19日

発行責任者

オリックス・レンテック株式会社

技術本部 品質保証部長 中川 良悦

中川 良悦

弊社の事前の許可なしに、この証明書の一部のみを複製して用いることを禁じます。



ORIX

オリックス・レンテック株式会社



校正日：2021年03月17日
 型番：NL06
 管理番号：LHQ-01
 製造番号：01193094
 証明書番号：KJ-P0283932-20210317-00-N-0

【照合標準器】（直接、公的校正機関等にトレースしている1次、及び2次標準器を含みます。）

品名		メーカー名			
型番	製造番号	資産番号	校正機関	校正日	有効期限
B & K					
1 音響校正器					
4226	1899908	16820508	JQA	2020年11月17日	2021年10月31日
証明書番号（発行番号）：1350-02643					
B & K					
2 ピストンホン					
4228	2281302	24675639	JQA	2020年09月17日	2021年09月30日
証明書番号（発行番号）：1350-01980					
Symmetricom					
3 セシウム周波数標準					
5071A	US45382292	36790228	Keysight Technologies International	2020年03月03日	2020年12月31日
証明書番号（発行番号）：200834-000					
Microsemi					
4 セシウム周波数標準					
5071A	US49353635	37649010	Keysight Technologies International	2020年10月16日	2021年07月31日
証明書番号（発行番号）：202501-000					
フルーク					
5 キャリブレータ					
5720A	7556204	22643571	オリックス・レンテック 計測標準センター	2020年05月12日	2021年05月31日
証明書番号（発行番号）：20S0057					
フルーク					
6 交流標準電圧計					
5790A	5885031	13245899	オリックス・レンテック 計測標準センター	2019年04月17日	2020年04月30日
証明書番号（発行番号）：19S0070					

弊社の事前の許可なしに、この証明書の一部のみを複製して用いることを禁じます。

No. 1120100080158-007 KOUSEI01-001

2 / 2

受注番号：43967400
 発行番号：C002139160-P0283932

E001-79127442